

製品コード RR820L

研究用

Takara

**TB Green[®] *Premix Ex Taq*[™] II
(Tli RNaseH Plus), Bulk**

説明書

v202112Da

TB Green *Premix Ex Taq* II (Tli RNaseH Plus), Bulk は、インターカレーター法によるリアルタイム PCR 専用試薬です。2×濃度のプレミックスタイプ試薬で、リアルタイムモニタリングに適した濃度のインターカレーター TB Green をあらかじめ含んでおり、反応液の調製が簡単です。また、耐熱性 RNaseH である Tli RNaseH をあらかじめ 2 ×プレミックス試薬中に添加しており、cDNA を鋳型とした場合の残存 mRNA による PCR 反応阻害を極限まで抑制できます。

本製品は、幅広いターゲットに対応できるスタンダード試薬です。バッファー組成の改変により定量の妨げとなる非特異的増幅を抑制し、TB Green *Premix Ex Taq* (Tli RNaseH Plus) (製品コード RR420S/A/B) に比べ幅広い濃度範囲でより正確な定量が可能です。このバッファーと抗 *Taq* 抗体を利用したホットスタート PCR 用酵素 *TaKaRa Ex Taq*® HS との組み合わせにより、再現性よく信頼性の高いリアルタイム PCR 解析が可能です。

本製品の適応機種

- Thermal Cycler Dice® Real Time System III (製品コード TP950/TP970/TP980/TP990)
- Thermal Cycler Dice Real Time System II (製品コード TP900/TP960：終売)
- Thermal Cycler Dice Real Time System *Lite* (製品コード TP700/TP760：終売)
- CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System (製品コード 640231/640232)
- CronoSTAR Portable Real-Time PCR System (製品コード 640245/640247/640249)
- Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System、Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System、StepOnePlus Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific 社)
- LightCycler/LightCycler 480 System (Roche Diagnostics 社)
- CFX96 Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad 社) など

(注) Smart Cycler System/Smart Cycler II System (Cepheid 社) には、TB Green *Premix Ex Taq* (Tli RNaseH Plus), Bulk (製品コード RR420L) の使用を推奨します。

I. 原理

本製品は、*TaKaRa Ex Taq* HS による PCR 増幅を行い、PCR 増幅産物を TB Green によりリアルタイムでモニタリングするための試薬です。


増幅にホットスタート PCR 用酵素 *TaKaRa Ex Taq* HS を使用しているため、反応液調製時などサイクル前のミスプライミングやプライマーダイマーに由来する非特異的増幅を防ぐことができ、高感度の検出が可能になります。

インターカレーター法による蛍光検出


二本鎖 DNA に結合することで蛍光を発する試薬 (インターカレーター: TB Green など) を反応系に加え、増幅に伴う蛍光を検出する方法です。

ポリメラーゼ反応によって合成された二本鎖 DNA にインターカレーターが結合すると、蛍光を発します。この蛍光強度を検出することで、定量だけでなく増幅 DNA の融解温度を測定することもできます。


1) 熱変性



2) プライマーのアニーリング



3) 伸長反応



II. 内容 (200 回分、50 μ l 反応系)

TB Green <i>Premix Ex Taq</i> II (2 ×) (Tli RNaseH Plus), Bulk* ¹	5 ml
ROX Reference Dye (50 ×)* ²	200 μ l

- * 1 : TaKaRa *Ex Taq* HS、dNTP Mixture、Mg²⁺、Tli RNaseH および TB Green を含む。
- * 2 : Applied Biosystems のリアルタイム PCR 装置など、ウェル間の蛍光シグナルの補正を行う装置で解析する場合に使用します。添加量は機種によって異なります。

- ◆ PCR 反応液量の 1/50 の ROX Reference Dye を添加する機種
 - ・ StepOnePlus Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific 社)
- ◆ PCR 反応液量の 1/250 の ROX Reference Dye を添加する機種
 - ・ Applied Biosystems 7500/7500 Fast Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific 社)
- ◆ 添加の必要がない機種
 - ・ Thermal Cycler Dice Real Time System シリーズ (製品コード TP950/TP970/TP980/TP990、TP700/TP900 : 終売)
 - ・ CronoSTAR 96 Real-Time PCR System (製品コード 640231/640232)
 - ・ CronoSTAR Portable Real-Time PCR System (製品コード 640245/640247/640249)
 - ・ LightCycler/LightCycler 480 System (Roche Diagnostics 社)
 - ・ CFX96 Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad 社)

III. 保存

4℃保存 : 6 ヶ月安定

必ず遮光してください。また、コンタミネーションには十分注意してください。

- ※ 長期保存する場合は、-20℃で保存してください。いったん融解したものは4℃保存し、6 ヶ月を目途にご使用ください。

IV. 本製品以外に必要な試薬、機器 (主なもの)

1. リアルタイム PCR 装置 (authorized instruments)
2. 専用反応チューブあるいはプレート
3. PCR 用プライマー*³
4. 滅菌精製水
5. マイクロピペットおよびチップ (滅菌処理したもの。フィルター付きが望ましい。)

- * 3 : リアルタイム PCR 用プライマーの設計方法は、「VII. (2) プライマー設計について」をご参照ください。ヒト、マウス、ラット、ウシ、イヌ、ニワトリ、イネ、シロイヌナズナ遺伝子発現解析用途のリアルタイム RT-PCR プライマーの設計・合成には、弊社のオンライン検索&注文システム【Perfect Real Time サポートシステム】のご利用を推奨いたします。
(<https://www.takara-bio.co.jp/research/prt/>)

V. 操作上の注意

本製品を使用する場合の注意事項です。使用前に必ずお読みください。

1. 使用時には、泡立てないよう緩やかに転倒混合し、試薬を均一にしてから使用してください。試薬組成に偏りがあると十分な反応性が得られなくなります。ボルテックスによる混合は行わないでください。
なお、TB Green *Premix Ex Taq II* (2 ×) (Tli RNaseH Plus), Bulk を -20℃ 保存した場合、保存中に白色～黄白色の沈殿を生じることがあります。軽く手で温めるか、遮光して室温 (~30℃ 程度) にしばらく置いた後、転倒混合することで完全に溶解します。沈殿が生じたままでは、試薬組成に偏りができますので、必ず均一に混合してからご使用ください。
2. 反応液調製時には、試薬を氷上に置いてください。
3. 本製品はインターカレーター TB Green を含んでいます。反応液調製時に強い光を当てないように注意してください。
4. 反応液の調製、分注を行うときは必ず新しいディスポーザブルチップを用い、サンプル間のコンタミネーションを極力防止してください。
5. 本製品に使用している *TaKaRa Ex Taq HS* はポリメラーゼ活性を抑制する抗 *Taq* 抗体を利用したホットスタート PCR 用酵素です。他社の化学修飾タイプのホットスタート PCR 酵素に必要な PCR 反応前の 95℃ (5 ~) 15 分の活性化ステップは行わないでください。必要以上の熱処理を加えると酵素活性が低下し、増幅効率、定量精度に影響を及ぼす恐れがあります。
PCR 反応前に鑄型の初期変性を行う場合でも、通常 95℃ 30 秒で十分です。

VI. 操作

【Thermal Cycler Dice Real Time System シリーズを用いる場合の操作方法】

※ Thermal Cycler Dice Real Time System の取扱説明書に従って操作してください。

● Perfect Real Time サポートシステム (PRTSS) のプライマーを使用する場合

1. 下記に示す PCR 反応液を調製する。

< 1 反応あたり >

試薬	使用量	最終濃度
TB Green Premix Ex Taq II (2 ×) (Tli RNaseH Plus), Bulk	12.5 μ l	1 ×
PCR Forward Primer (10 μ M)	1 μ l	0.4 μ M *1
PCR Reverse Primer (10 μ M)	1 μ l	0.4 μ M *1
template (< 100 ng) *2	2 μ l	
滅菌精製水	8.5 μ l	
Total	25 μ l *3	


* 1 : 最終プライマー濃度は 0.4 μ M で良い結果が得られる場合が多いが、反応性に問題があるときは 0.2 ~ 1.0 μ M の範囲で最適な濃度を検討すると良い。

* 2 : template 溶液中に存在するターゲットのコピー数により異なる。段階希釈して適当な添加量を検討する。DNA template 100 ng 以下を用いることが望ましい。また、RT-PCR で cDNA (RT 反応液) を template として添加する場合は、添加量を PCR 反応液容量の 10% 以下とする。

* 3 : 反応液量は 25 μ l を推奨。

2. 反応を開始する。

PCR 反応は、下記のシャトル PCR 標準プロトコールで行うことをお勧めします。まずはこのプロトコールを試し、必要に応じて PCR 条件を至適化してください。



シャトル PCR 標準プロトコール

Hold (初期変性)

Cycle : 1

95°C 30 秒

2 Step PCR*4

Cycle : 40

95°C 5 秒

60°C 30 秒

Dissociation

* 4 : PCR 条件を至適化する場合は、13 ページの「実験条件の選び方」をご確認ください。

3. 反応終了後、増幅曲線と融解曲線を確認し、定量を行う場合は検量線を作成する。

解析方法は、Thermal Cycler Dice Real Time System の取扱説明書をご参照ください。

●自作のプライマーなど PRTSS 以外のプライマーを使用する場合

1. 下記に示す PCR 反応液を調製する。

< 1 反応あたり >

試薬	使用量	最終濃度
TB Green <i>Premix Ex Taq</i> II (2 ×) (Tli RNaseH Plus), Bulk	12.5 μ l	1 ×
PCR Forward Primer (10 μ M)	1 μ l	0.4 μ M ^{*1}
PCR Reverse Primer (10 μ M)	1 μ l	0.4 μ M ^{*1}
template (< 100 ng) ^{*2}	2 μ l	
滅菌精製水	8.5 μ l	
Total	25 μ l ^{*3}	


* 1 : 最終プライマー濃度は 0.4 μ M で良い結果が得られる場合が多いが、反応性に問題があるときは 0.2 ~ 1.0 μ M の範囲で最適な濃度を検討すると良い。

* 2 : template 溶液中に存在するターゲットのコピー数により異なる。段階希釈して適当な添加量を検討する。DNA template 100 ng 以下を用いることが望ましい。また、RT-PCR で cDNA (RT 反応液) を template として添加する場合は、添加量を PCR 反応液容量の 10% 以下とする。

* 3 : 反応液量は 25 μ l を推奨。

2. 反応を開始する。

PCR 反応は、下記のシャトル PCR 標準プロトコルで行うことをお勧めします。まずはこのプロトコルを試し、必要に応じて PCR 条件を至適化してください。Tm 値が低めのプライマーなど、シャトル PCR での反応が難しい場合には、3 ステップ PCR を行います。



シャトルPCR標準プロトコル

Hold (初期変性)

Cycle : 1

95°C 30 秒

2 Step PCR^{*4}

Cycle : 40

95°C 5 秒

60°C 30 ~ 60 秒

Dissociation

* 4 : PCR 条件をさらに至適化する場合は、13 ページの「実験条件の選び方」をご確認ください。

3. 反応終了後、増幅曲線と融解曲線を確認し、定量を行う場合は検量線を作成する。

解析方法は、Thermal Cycler Dice Real Time System の取扱説明書をご参照ください。

【Applied Biosystems 7500/7500 Fast Real-Time PCR System および StepOnePlus Real-Time PCR System を用いる場合の操作方法】

※ Applied Biosystems の各機種取扱説明書に従って操作してください。

1. 下記に示す PCR 反応液を調製する。

- StepOnePlus Real-Time PCR System で解析する場合には、PCR 反応液量の 1/50 の ROX Reference Dye (50 ×) を添加してください。

< 1 反応あたり >

試薬	使用量	最終濃度
TB Green <i>Premix Ex Taq</i> II (2 ×) (Tli RNaseH Plus), Bulk	10 μ l	1 ×
PCR Forward Primer (10 μ M)	0.8 μ l	0.4 μ M *1
PCR Reverse Primer (10 μ M)	0.8 μ l	0.4 μ M *1
ROX Reference Dye (50 ×)	0.4 μ l	1 ×
template (< 100 ng)*2	2 μ l	
滅菌精製水	6 μ l	
Total	20 μ l *3	

- Applied Biosystems 7500/7500 Fast Real-Time PCR System で解析する場合には、PCR 反応液量の 1/250 の ROX Reference Dye (50 ×) を添加してください。

< 1 反応あたり >

試薬	使用量	使用量	最終濃度
TB Green <i>Premix Ex Taq</i> II (2 ×) (Tli RNaseH Plus), Bulk	10 μ l	25 μ l	1 ×
PCR Forward Primer (10 μ M)	0.8 μ l	2 μ l	0.4 μ M *1
PCR Reverse Primer (10 μ M)	0.8 μ l	2 μ l	0.4 μ M *1
ROX Reference Dye (50 ×)	0.08 μ l	0.2 μ l	0.2 ×
template*2	2 μ l	4 μ l	
滅菌精製水	6.32 μ l	16.8 μ l	
Total	20 μ l *3	50 μ l *3	

* 1 : 最終プライマー濃度は 0.4 μ M で良い結果が得られる場合が多いが、反応性に問題があるときは 0.2 ~ 1.0 μ M の範囲で最適な濃度を検討すると良い。


* 2 : template 溶液中に存在するターゲットのコピー数により異なる。段階希釈して適当な添加量を検討する。反応液 20 μ l あたり DNA template 100 ng 以下を用いることが望ましい。また、RT-PCR で cDNA (RT 反応液) を template として添加する場合は、添加量を PCR 反応液容量の 10% 以下とする。

* 3 : 各装置の推奨容量に従って調製する。

2. 反応を開始する。

PCR 反応は、下記のシャトル PCR 標準プロトコールで行うことをお勧めします。
まずはこのプロトコールを試し、必要に応じて PCR 条件を至適化してください。
Tm 値が低めのプライマーなど、シャトル PCR での反応が難しい場合には、3 ステップ PCR を行います。(PCR 条件を至適化する場合は、13 ページの「実験条件の選び方」をご参照ください。)


< StepOnePlus Real-Time PCR System >



シャトル PCR 標準プロトコール

Holding Stage
95°C 30 秒
Cycling Stage
Number of Cycles : 40
95°C 5 秒
60°C 30 秒
Melt Curve Stage

< Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System >



シャトル PCR 標準プロトコール

Stage 1 : 初期変性
Reps : 1
95°C 30 秒
Stage 2 : PCR 反応
Reps : 40
95°C 5 秒
60°C 34 秒
Stage 3 : Melt Curve

< Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System >



シャトルPCR標準プロトコール

Holding Stage

95°C 30秒

Cycling Stage

Number of Cycles : 40

95°C 3秒

60°C 30秒

Melt Curve Stage

3. 反応終了後、増幅曲線と融解曲線を確認し、定量を行う場合は検量線を作成する。
解析方法は、各リアルタイムPCR装置の取扱説明書をご参照ください。

【LightCycler/LightCycler 480 System を用いる場合の操作方法】

※ Roche Diagnostics 社各装置の取扱説明書に従って操作してください。

1. 下記に示す PCR 反応液を調製する。

< 1 反応あたり >

試薬	使用量	最終濃度
TB Green Premix Ex Taq II (2 ×) (Tli RNaseH Plus), Bulk	10 μ l	1 ×
PCR Forward Primer (10 μ M)	0.8 μ l	0.4 μ M *1
PCR Reverse Primer (10 μ M)	0.8 μ l	0.4 μ M *1
template (< 100 ng) *2	2 μ l	
滅菌精製水	6.4 μ l	
Total	20 μ l	


* 1 : 最終プライマー濃度は 0.4 μ M で良い結果が得られる場合が多いが、反応性に問題があるときは 0.2 ~ 1.0 μ M の範囲で最適な濃度を検討すると良い。

* 2 : template 溶液中に存在するターゲットのコピー数により異なる。段階希釈して適当な添加量を検討する。DNA template 100 ng 以下を用いることが望ましい。また、RT-PCR で cDNA (RT 反応液) を template として添加する場合は、添加量を PCR 反応液容量の 10% 以下とする。

2. 反応を開始する。

PCR 反応は、下記のシャトル PCR 標準プロトコールで行うことをお勧めします。まずはこのプロトコールを試し、必要に応じて PCR 条件を至適化してください。Tm 値が低めのプライマーなど、シャトル PCR での反応が難しい場合には、3 ステップ PCR を行います。(PCR 条件を至適化する場合は、13 ページの「実験条件の選び方」をご参照ください。)

< LightCycler >



シャトル PCR 標準プロトコール

Stage 1 : 初期変性

95°C 30 秒 20°C / 秒
1 サイクル


Stage 2 : PCR 反応 (左図)

95°C 5 秒 20°C / 秒
60°C 20 秒 20°C / 秒
40 サイクル

Stage 3 : 融解曲線分析

95°C 0 秒 20°C / 秒
65°C 15 秒 20°C / 秒
95°C 0 秒 0.1°C / 秒

<LightCycler 480システム>



シヤトルPCR標準プロトコール

Denature

95°C 30 秒 (Ramp Rate 4.4°C/s)
1 サイクル

PCR

Analysis Mode : Quantification
95°C 5 秒 (Ramp Rate 4.4°C/s)
60°C 30 秒 (Ramp Rate 2.2°C/s, Acquisition Mode : Single)
40 サイクル

Melting

Analysis Mode : Melting Curves
95°C 5 秒 (Ramp Rate 4.4°C/s)
60°C 1 分 (Ramp Rate 2.2°C/s)
95°C (Ramp Rate 0.11°C/s, Acquisition Mode : Continuous, Acquisitions : 5 per°C)
1 サイクル

Cooling

50°C 30 秒 (Ramp Rate 2.2°C/s)
1 サイクル

3. 反応終了後、増幅曲線と融解曲線を確認し、定量を行う場合は検量線を作成する。
解析方法は、各リアルタイムPCR装置の取扱説明書をご参照ください。

【CFX96 リアルタイム PCR 解析システムを用いる場合の操作方法】

※ CFX96 リアルタイム PCR 解析システム (Bio-Rad 社) の取扱説明書に従って操作してください。

1. 下記に示す PCR 反応液を調製する。

< 1 反応あたり >

試薬	使用量	最終濃度
TB Green <i>Premix Ex Taq</i> II (2 ×) (Tli RNaseH Plus), Bulk	12.5 μ l	1 ×
PCR Forward Primer (10 μ M)	1 μ l	0.4 μ M *1
PCR Reverse Primer (10 μ M)	1 μ l	0.4 μ M *1
template (< 100 ng) *2	2 μ l	
滅菌精製水	8.5 μ l	
Total	25 μ l	


* 1 : 最終プライマー濃度は 0.4 μ M で良い結果が得られる場合が多いが、反応性に問題があるときは 0.2 ~ 1.0 μ M の範囲で最適な濃度を検討すると良い。

* 2 : template 溶液中に存在するターゲットのコピー数により異なる。段階希釈して適当な添加量を検討する。DNA template 100 ng 以下を用いることが望ましい。また、RT-PCR で cDNA (RT 反応液) を template として添加する場合は、添加量を PCR 反応液容量の 10% 以下とする。

2. 反応を開始する。

PCR 反応は、下記のシャトル PCR 標準プロトコルで行うことをお勧めします。まずはこのプロトコルを試し、必要に応じて PCR 条件を至適化してください。

Tm 値が低めのプライマーなど、シャトル PCR での反応が難しい場合には、3 ステップ PCR を行います。(PCR 条件を至適化する場合は、13 ページの「実験条件の選び方」をご参照ください。)



シャトル PCR 標準プロトコル

Sample volume : 25 μ l

Step 1 : 95°C 30 秒

Step 2 : PCR 反応

GOTO : 39 (40 サイクル)

95°C 5 秒

60°C 30 秒

Step 3 : Melt Curve

3. 反応終了後、増幅曲線と融解曲線を確認し、定量を行う場合は検量線を作成する。

解析方法は、CFX96 リアルタイム PCR 解析システムの取扱説明書をご参照ください。

VII. Appendix

(1) 実験条件の選び方

推奨条件（シャトル PCR 標準プロトコール）で良好な反応性が得られない場合には、下記の要領でプライマー濃度や PCR 条件の検討を行ってください。また、反応系によっては、特性が異なる他の TB Green Premix シリーズリアルタイム PCR 試薬（製品コード RR420S/A/B/L、RR091A/B）を用いることにより、反応性が大きく改善することもあります。

実験条件を選ぶ際には、反応特異性と増幅効率の両方を考慮して総合的に判断します。両方のバランスが取れた実験系では広い濃度範囲で正確な定量が可能です。

○ 反応特異性が高い実験系


- No Template Control でプライマーダイマーなどの非特異的増幅が生じない。
- 目的産物以外の非特異的増幅が生じない。

○ 増幅効率が高い実験系

- 増幅産物がより早いサイクルで検出される（Ct 値が小さい）。
- PCR 増幅効率が高い（理論値である 100%に近い）。

【プライマー濃度の検討】


プライマー濃度と反応特異性および増幅効率の間には、以下のような関係があります。反応特異性を上げるにはプライマー濃度を下げ、増幅効率を上げるにはプライマー濃度を上げます。



【PCR 条件の検討】


○ 反応特異性を上げるには—

アニーリング温度を上げると反応特異性が改善することがあります。増幅効率とのバランスを確認しながら、検討を行ってください。



○ 増幅効率を上げるには—

伸長時間を延ばすか、3 step PCR に変更することにより、増幅効率が改善することがあります。以下の手順で検討を行ってください。



○ 初期変性について

初期変性は通常 95°C、30 秒で十分です。環状プラスミドやゲノム DNA など変性しにくい鑄型でも、ほとんどの場合、この条件で良好に反応できます。鑄型の状態によっては、95°C、1 ~ 2 分程度に延長することが可能ですが、時間が長すぎると酵素の失活を招く恐れがありますので、2 分以上の条件は推奨しません。

【試薬と反応性の関係】

タカラバイオではインターカレーター法のリアルタイム PCR 試薬として複数の製品を販売しており、それらの試薬と反応特異性および増幅効率の間には、以下のような関係があります。TB Green *Premix Ex Taq* II (Tli RNaseH Plus) (製品コード RR820S/A/B/L) は反応特異性と増幅効率のバランスが取れた汎用性の高い試薬ですが、さらに反応特異性を上げるには、TB Green *Premix DimerEraser*[™] (Perfect Real Time) (製品コード RR091A/B) の使用が有効です。また、やや増幅しにくい配列では TB Green *Premix Ex Taq* (Tli RNaseH Plus) (製品コード RR420S/A/B/L) を使用することにより増幅効率が向上する場合があります。

(試薬)	TB Green <i>Premix Ex Taq</i> (製品コード RR420)	TB Green <i>Premix Ex Taq</i> II (製品コード RR820)	TB Green <i>Premix DimerEraser</i> (製品コード RR091)
反応特異性	やや低い	→	高い
増幅効率	高い	←	やや低い

(2) プライマー設計について

リアルタイム PCR を効率的に行うには、反応性の良いプライマーを設計することが重要です。以下のガイドラインに沿って、増幅効率がよく、非特異的反応が起こらないプライマーを設計してください。

なお、ヒト、マウス、ラット、ウシ、イヌ、ニワトリ、イネ、シロイヌナズナ遺伝子発現解析用途のリアルタイム RT-PCR プライマーの設計・合成には、弊社オンライン検索 & 注文システム【Perfect Real Time サポートシステム】*1 のご利用を推奨します。

(<https://www.takara-bio.co.jp/research/prt/>)

* 1: ヒト、マウス、ラット、ウシ、イヌ、ニワトリ、イネ、シロイヌナズナの RefSeq 登録遺伝子または Ensembl Plants 登録遺伝子に対してリアルタイム RT-PCR 用プライマーが設計済みです (ご注文によりカスタム合成してお届けします)。本製品と組合せて、TB Green 検出によるリアルタイム RT-PCR を行うことができます。本システムを利用して RT-PCR プライマーを設計・合成された場合には、シャトル PCR 標準プロトコールで反応できます (5 ~ 12 ページ参照)。

■ 増幅産物

増幅サイズ	80 ~ 150 bp が最適 (300 bp までは増幅可能)
-------	----------------------------------

■ プライマー

長さ	17 ~ 25 mer
GC 含量	40 ~ 60% (望ましくは、45 ~ 55%)
Tm	Forward primer と Reverse primer の Tm 値が大きく異なること。 Tm 値の計算は、専用のソフトウェアで行う。 OLIGO*2 : 63 ~ 68°C Primer3 : 60 ~ 65°C
配列	全体的に塩基の偏りが無い配列にする。 部分的に GC リッチあるいは AT リッチな配列は避ける (特に 3' 末端)。 T/C の連続 (polypyrimidine) は避ける。 A/G の連続 (polypurine) は避ける。
3' 末端配列	3' 末端が GC リッチあるいは AT リッチな配列は避ける。 3' 末端塩基は、G または C が望ましい。 3' 末端塩基が T であるプライマーは避けたほうがよい。
相補性	プライマー内部およびプライマー間での 3 base 以上の相補的配列を避ける。 プライマーの 3' 末端同士が 2 base 以上相補する配列を避ける。
特異性	BLAST 検索でプライマーの特異性を確認する。*3

* 2 : OLIGO Primer Analysis Software (Molecular Biology Insights 社)

* 3 : <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>

※ タカラバイオでは、【Perfect Real Time サポートシステム】に対応していない遺伝子についても、プライマーのカスタム設計・合成サービスを行っております。
弊社ウェブサイトにてご注文を承ります。

(3) リアルタイム RT-PCR を行う場合

リアルタイム RT-PCR の逆転写反応には

- PrimeScript™ RT reagent Kit (Perfect Real Time) (製品コード RR037A/B)
- PrimeScript RT Master Mix (Perfect Real Time) (製品コード RR036A/B)
- PrimeScript RT reagent Kit with gDNA Eraser (Perfect Real Time) (製品コード RR047A/B)

の使用をお勧めします。本製品と組み合わせることで、信頼性の高い結果を得ることができます。

1. PCR 反応液を下記の通り調製する。

(Thermal Cycler Dice Real Time System // (終売) 使用の場合)

以下のコンポーネントを必要本数 + α 分調製し、22.5 ~ 24 μ l ずつ分注する。

< 1 反応あたり >




試薬	使用量	最終濃度
TB Green Premix Ex Taq II (2 ×) (Tli RNaseH Plus), Bulk	12.5 μ l	1 ×
PCR Forward Primer (10 μ M)	1 μ l	0.4 μ M
PCR Reverse Primer (10 μ M)	1 μ l	0.4 μ M
滅菌精製水	x μ l	
Total	22.5 ~ 24 μ l	

2. 反応液を分注したチューブに逆転写反応液を 1 ~ 2.5 μ l 添加する。

注：PCR 反応への逆転写反応液の持込み量は、反応液量の 10% 以下にしてください。

■ 反応例

リアルタイム RT-PCR により Human TBP mRNA を検出した。total RNA 1 pg ~ 100 ng 相当量の cDNA および Negative Control として滅菌精製水を鋳型とした。



VIII. 参考文献

- 1) 吉崎美和、向井博之 実験医学別冊 バイオ実験で失敗しない！「検出と定量のコツ」第3章 核酸の検出と定量のコツ 4. リアルタイム定量 PCR のコツ (2005) p120-126
- 2) 吉崎美和、向井博之 実験医学別冊 原理からよくわかる「リアルタイム PCR 実験ガイド」[3] 1) リアルタイム RT-PCR 法による遺伝子発現解析 (2008) p39-43

IX. 関連製品

TB Green® *Premix Ex Taq*™ II (Tli RNaseH Plus) (製品コード RR820S/A/B)
TB Green® *Premix Ex Taq*™ II (Tli RNaseH Plus), ROX plus (製品コード RR82LR/WR)
TB Green® *Premix Ex Taq*™ (Tli RNaseH Plus) (製品コード RR420S/A/B)
TB Green® Fast qPCR Mix (製品コード RR430S/A/B)
TB Green® *Premix Ex Taq*™ (Tli RNaseH Plus), Bulk (製品コード RR420L/W)
TB Green® *Premix Ex Taq*™ (Tli RNaseH Plus), ROX plus (製品コード RR42LR/WR)
TB Green® Premix DimerEraser™ (Perfect Real Time) (製品コード RR091A/B)
TB Green® *Premix Ex Taq*™ GC (Perfect Real Time) (製品コード RR071A/B)
PrimeScript™ RT reagent Kit (Perfect Real Time) (製品コード RR037A/B)
PrimeScript™ RT Master Mix (Perfect Real Time) (製品コード RR036A/B)
PrimeScript™ RT reagent Kit with gDNA Eraser (Perfect Real Time) (製品コード RR047A/B)

Thermal Cycler Dice® Real Time System III (製品コード TP950/TP970/TP980/TP990)

CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System (製品コード 640231/640232)

CronoSTAR™ Portable Real-Time PCR System (製品コード 640245/640247/640249)

Perfect Real Time サポートシステム (<https://www.takara-bio.co.jp/research/prt/>) *

* : ヒト、マウス、ラット、ウシ、イヌ、ニワトリ、イネ、シロイヌナズナの RefSeq 登録遺伝子または Ensembl Plants 登録遺伝子に対してリアルタイム RT-PCR 用プライマーが設計済みです (ご注文によりカスタム合成してお届けします)。本製品と組合せて、TB Green 検出によるリアルタイム RT-PCR を行うことができます。

X. 注意

- 本製品は研究用試薬です。ヒト、動物への医療、臨床診断には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。
- TB Green、*TaKaRa Ex Taq*、Thermal Cycler Dice はタカラバイオ株式会社の登録商標です。*Premix Ex Taq*、DimerEraser、PrimeScript、CronoSTAR はタカラバイオ株式会社の商標です。その他、本説明書に記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

製品についての技術的なお問い合わせ先

テクニカルサポートライン

Tel 077-565-6999 Fax 077-565-6995

ウェブサイト <https://www.takara-bio.co.jp>

タカラバイオ株式会社