

品質検定結果報告書：STR2199

サンプル情報

サンプル ID	依頼書記載名称	到着日
STR2199_01_a	HCT116-1	2021-06-01
STR2199_02_a	HCT116-2	2021-06-01

品質検定結果

サンプル ID	残量 (ul)	吸光定量				蛍光定量		乖離度
		濃度 (ng/ul)	総量 (ng)	260/280	260/230	濃度 (ng/ul)	総量 (ng)	
STR2199_01_a	10.0	184.8	1,848.0	1.9	2.2	142.0	1420.0	1.3
STR2199_02_a	10.0	190.8	1,908.0	1.9	2.2	166.0	1660.0	1.3

*各数値は小数点以下 1 桁で表記しています。未検出の場合は N.D. と表記しています。

*乖離度は「吸光定量値 ÷ 蛍光定量値」で計算。

吸光定量結果

