

Solution C

Code No. 9880

容量： 100 回

● 製品説明

本製品は、尿、うがい液および膣スワブ（膣擦過物）懸濁液等から性感染症関連細菌の核酸を簡易抽出するための試薬である。

本製品は以下の製品と組み合わせて使用する。

- ・ *Mycoplasma (genitalium/hominis)* Direct Detection qPCR Kit
(製品コード RC900A)
- ・ *Ureaplasma (parvum/urealyticum)* Direct Detection qPCR Kit
(製品コード RC901A)

● 内容

● Solution C 1 ml × 5

● 保存 - 20°C

● 使用方法

使用方法は、以下の製品の取扱説明書に従ってください。

- ・ *Mycoplasma (genitalium/hominis)* Direct Detection qPCR Kit
(製品コード RC900A)
- ・ *Ureaplasma (parvum/urealyticum)* Direct Detection qPCR Kit
(製品コード RC901A)

● 注意

本製品が皮膚に接触するとただれ等を起こすことがあります。取扱時は手袋および防護眼鏡を着用し、万が一、手や粘膜についた場合はただちに大量の水で洗い流し、異常が残る場合は医師の指示に従ってください。目に入った時は、こすらずただちに流水で 15 分以上洗い流し、必ず眼科医を受診してください。

● 注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。
本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v202502Da