

Hepatitis C virus Primer/Probe Mix

Code No. RC526A

容量： 50 回
(25 μ l 反応系)

● 内容

● HCV Primer/Probe Mix 10 \times 125 μ l

● 検出対象とプローブ標識

検出対象	プローブ標識
C型肝炎ウイルス 5' UTR 領域	FAM/Dark Quencher

● 形状 TE バッファー

● 保存 -20°C

● 使用例

One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG (製品コード RR601A/B) と組み合わせて使用する場合の例を以下に示す。詳細はリアルタイム PCR 試薬の取扱説明書を参照のこと。

1. 反応液調製

One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix, with UNG (2 \times)	12.5 μ l
HCV Primer/Probe Mix (10 \times)	2.5 μ l
ROX Reference Dye II*1	0.5 μ l
滅菌精製水	7.5 μ l
RNA サンプル*2	2.0 μ l
<hr/>	
Total	25 μ l

* 1 : ROX で蛍光強度の補正を行うリアルタイム PCR 装置を使用する場合に添加する。不要な場合は、代わりに滅菌精製水を 0.5 μ l 添加する。

* 2 : 精製 RNA を使用する。

2. PCR 条件

<逆転写反応>

(25 $^{\circ}\text{C}$ 10分)*3

52 $^{\circ}\text{C}$ 5分

95 $^{\circ}\text{C}$ 10秒

<2 step PCR : 45 サイクル>

95 $^{\circ}\text{C}$ 5秒

60 $^{\circ}\text{C}$ 30秒 (FAM/ROX*4) 検出)

* 3 : PCR 産物によるコンタミネーションが疑われる場合には、UNG 処理のため、25 $^{\circ}\text{C}$ 10分のステップを実施する。

* 4 : ROX Reference Dye II を使用した場合に設定する。

● 使用に際して

Primer/Probe の配列内に遺伝子の変異や欠損/挿入が生じた際には、検出できない場合があります。(反応結果により発生する問題に関して、タカラバイオ株式会社は一切の責任を負いません。)

● 参考文献

Chen, Lida, et al. "Hepatitis C virus RNA real-time quantitative RT-PCR method based on a new primer design strategy." *The Journal of Molecular Diagnostics* 18.1 (2016): 84-91.

● 関連製品

Hepatitis C virus Positive Control RNA (製品コード RC626A)

PrimeScript はタカラバイオ株式会社の商標です。

● 注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。
本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v202305Da

タカラバイオ株式会社

ウェブサイト <https://www.takara-bio.co.jp>

製品についての技術的なお問い合わせ先

テクニカルサポートライン

Tel 077-565-6999

Fax 077-565-6995