

Enterovirus D68 Positive Control RNA

Code No. RC609A 容量： 50 回

● 製品説明

本製品は、下記製品のコントロール反応に使用する試薬である。
Enterovirus D68 Primer/Probe Mix (製品コード RC509A)

● 内容

● EV-D68 Positive Control RNA 100 μ l

● 保存 - 80°C

● 使用方法

リアルタイム PCR の陽性コントロールとして 1 反応当り本製品を 2 μ l 添加してください。

● 関連製品

Enterovirus D68 Primer/Probe Mix (製品コード RC509A)

● 注意

本製品は、Enterovirus D68 Primer/Probe Mix (製品コード RC509A) と組み合わせてご使用ください。

● 注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。

タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。

ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。

本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v202302Da